

Medtronic

ENGAGEレジストリ

Endurant™ 10年成績

Decade of Durability Data

94.7% 瘤関連死亡回避率⁺

64.1% 瘤径縮小⁺⁺

†フルコホートとフォローアップ延長コホートにおいて10年を通じて報告されたデータをClinical Event Committeeにより判定

††フルコホートとフォローアップ延長コホートにおいて10年を通じて報告されたデータ



Endurant™ のグローバル市販後レジストリ (ENGAGEレジストリ)

1,263 名
79 施設
30 カ国
6 大陸



リアルワールドの患者群
リアルワールドの手技

Verhagen H, et al. Presented at: Charing Cross 2023 International Symposium; 26 April, 2023; London, UK.

ENGAGEレジストリ10年成績 (21カ国, 49施設, 390名^{1,2})

1 Verhagen, et al. The ENGAGE Registry: Ten-Year Outcomes with the Endurant Stent Graft for Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair. Presented at: Charing Cross 2023 International Symposium; April 26, 2023; London, UK.

2 ENGAGE 10-year data. Data on file at Medtronic as of April 2023.

臨床成績	%
瘤関連死亡回避率 [†]	94.7%
瘤関連再治療回避率 ^{††}	70.3%
瘤径縮小 [‡]	64.1% (107/167)
Type Ia エンドリーク [‡]	4.7% (8/172)
メインボディのマイグレーション [‡]	1.3% (1/77)

†フルコホートとフォローアップ延長コホートにおいて10年を通じて報告されたデータを Clinical Event Committeeにより判定

††フルコホートとフォローアップ延長コホートにおいて10年を通じて報告されたデータ

‡フォローアップ延長コホートにおいて10年時点で報告されたデータ

* 瘤関連追加治療: 全ての血管内追加治療、追加の血管治療、Open Conversion

Medtronic

日本メドトロニック株式会社
カーディアックサージェリー&アオルティック
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

一般的名称: 大動脈用ステントグラフト
販売名: ENDURANT II ステントグラフトシステム
医療機器承認番号: 22400BZX00396000

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2023 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
EV728_1